

## 附件 2

# 医疗器械主动召回信息发布模板

标题：环球（天津）医疗设备有限公司对 连体式牙科综合治疗机 主动召回

正文：环球（天津）医疗设备有限公司报告，由于驱动方式由液压驱动变更为电机驱动等原因，环球（天津）医疗设备有限公司对其生产的连体式牙科综合治疗机（注册或备案号：津械注准 20162550080）主动召回。召回级别为三级。涉及产品的型号、规格及批次等详细信息见《医疗器械召回事件报告表》。

附件：医疗器械召回事件报告表

